

## REGISTRE DES QUESTIONS

### INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

<b>Collectivité :</b>	Département de l'Aube
<b>Type d'annonce :</b>	Avis d'appel à la concurrence
<b>Type de procédure :</b>	Procédure adaptée ouverte pour un montant compris entre 90 000 HT et 221 000 euros HT
<b>Référence :</b>	25D0007
<b>Date de mise en ligne :</b>	Le vendredi 07 mars 2025 à 17:20:01
<b>Date de clôture :</b>	Le mercredi 09 avril 2025 à 12:00:00
<b>Titre :</b>	Acquisition et maintenance des défibrillateurs automatiques externes, maintenance curative et location ponctuelle de défibrillateurs automatiques externes
<b>Descriptif :</b>	<p>Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande, mono-attributaire, sans montant minimum mais avec un montant maximum 150 000 € HT sur la durée globale soit 4 ans, en cas de reconduction.</p> <p>Durée : 12 mois renouvelables 3 fois tacitement pour une durée de 12 mois.</p> <p>Lieux d'exécution : Divers sites du Conseil départemental de l'Aube.</p> <p>Variantes non autorisées.</p>

### REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

#### Questions / Réponses

[ 13/03/2025 à 13:28:21 ] Bonjour,

- Il n'y a pas de ligne pour chiffrer le pack DAE ? devons nous le chiffrer en CUR 37 ?

Il n'y a pas de ligne pour l'installation seule ? est-ce normal ?

- En CUR 31, vous demandez le chiffrage pour une sacoche, le modèle étant différent pour chaque marque, pouvez-vous nous confirmer qu'elle doit être compatible avec le nouveau DAE proposé en CUR37 ?

- Pour ce qui est des consommables Samaritan 360P, ils sont vendus en pack (batterie + électrodes adultes et batterie + électrodes enfants). Comment devons-nous les renseigner dans le DQE ?

- Pour le Lifepak CR+, les électrodes adultes ne sont vendues qu'en pack avec la batterie. Comment devons-nous le renseigner dans le DQE ?

- Pourriez-vous nous préciser pour le Zoll AED+ (ligne CUR 20) s'il vous faut des électrodes adultes avec ou sans CPR ?

Cordialement

## Questions / Réponses

[ 19/03/2025 14:55:44 ] Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-après les réponses apportées aux questions posées par une entreprise :

1. Le pack DAE est à chiffrer en DAE-CUR-38 des nouveaux BPU et DQE curatifs. Dans le cadre de la location, la livraison sera incluse, mais il n'y aura pas d'installation, car le DAE sera ajouté en renfort à un dispositif existant et ne nécessitera pas de boîtier. Il suffira simplement de le remettre au responsable du site.
2. Concernant la sacoche, nous souhaitons un prix unique. Comme suite à une réponse précédente, il convient donc de chiffrer un prix moyen. La sacoche devra impérativement correspondre au DAE déjà installé.
3. et 4. Concernant les consommables Samaritan 360P et le lifepack CR +, les BPU et DQE curatifs ont été modifiés pour y intégrer les packs avec électrodes.
5. Concernant les électrodes Zoll AED, et comme précisé lors d'une réponse précédente, nous souhaitons disposer de celles avec capteur CPRD. Les BPU et DQE curatifs ont été complétés en ce sens.

Les bordereaux de prix ont été modifiés (zones de texte en rouge). Vous êtes invités à télécharger ces nouveaux documents et à en tenir compte pour la remise de votre offre, sous peine d'irrégularité.

Cordialement,

[ 10/03/2025 à 12:05:14 ] Bonjour,

Pourriez-vous préciser votre réponse à la dernière question : "Pour l'achat de défibrillateurs automatiques externes (DAE), je vous confirme que le coffre intérieur avec alarme doit être livré uniquement dans le cas où celui-ci n'existe pas, pas pour les remplacements ni pour les locations" confirmez vous dans ce cas que nous ne devons pas inclure à la ligne A la ligne DAE - CUR 37 et que en cas de besoin de remplacement d'un coffre la ligne DAE - CUR 33 sera ajouter à la ligne DAE - CUR 37 afin de former le pack ?

Egalement, vous au BPU, vous demandez de la signalétique extérieur, cependant vous ne demandez pas le tarif du coffre extérieur avec Chauffage, ventilation et alarme ? est-ce normal !

Bien cordialement.

## Questions / Réponses

[ 19/03/2025 14:41:34 ] Bonjour,

Pour faire suite aux questions posées par une entreprises, vous trouverez les éléments de réponse ci-dessous :

Pour l'achat de défibrillateurs automatiques externes (DAE), je vous confirme que le coffre intérieur avec alarme doit être livré uniquement si celui-ci n'existe pas déjà, mais pas pour les remplacements ni pour les locations. Le DAE seul a été ajouté au BPU DQE curatifs (ligne DAE-CUR-38).

En ce qui concerne l'implantation de nos défibrillateurs, il n'a pas été demandé de coffret extérieur, car ils sont tous installés en intérieur. Nous n'avons donc pas besoin de coffret avec chauffage.

Cordialement,

Le service des marchés

[ 09/03/2025 à 18:51:17 ] Bonjour,

Au BPU curatif, vous demandez les électrodes Adultes ZOLL AED +, cependant deux modèles sont disponibles pour ce modèle :

- Avec capteur nommé CPRD, péremption 5 ans
- Et Sans capteur PADZ II, Péremption 2 ans

Lesquelles souhaitez-vous en termes de tarification ?

Aussi, il apparait que vous ayez environ 9 marques de DAE différentes, ils ont des sacoches de transport différentes et des prix qui diffèrent, devons-nous faire un prix moyen ? ou bien ajoutez-vous des lignes au BPU Curatif !

A la ligne DAE - CUR 37 : Fourniture et pose d'un Défibrillateur Automatique Externe

Vous indiquez au 3.1 du CCTP que le prix du pack doit inclure le coffre intérieur avec alarme sauf pour la location, confirmez-vous que cette ligne doit inclure le prix du coffre intérieur ?

Si oui, en cas de remplacement d'un DAE obsolète (qui ne nécessite pas le remplacement du coffre) sur quel tarif vous baserez-vous ?

Merci par avance,  
Cordialement.

## Questions / Réponses

---

[ 10/03/2025 11:39:49 ] Bonjour,

Pour faire suite à des questions posées par une entreprise, vous trouverez ci-après les précisions apportées :

- Pour les électrodes adultes ZOLL AED+, nous souhaitons les modèles avec capteur CPRD (péremption 5 ans).
- Concernant les sacoches de transport pour les DAE, étant donné la diversité des marques (environ 9 modèles différents), nous vous demandons de proposer un prix moyen.
- Pour l'achat de défibrillateurs automatiques externes (DAE), je vous confirme que le coffre intérieur avec alarme doit être livré uniquement dans le cas où celui-ci n'existe pas, pas pour les remplacements ni pour les locations.

Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte ces éléments pour l'établissement de votre offre.

Cordialement,